

**PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA PARA VITRECTOMIA Y
FACOEMULSIFICACIÓN.**

EXPEDIENTE Nº 2009-0-41.

1.- CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de **MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA PARA VITRECTOMIA Y FACOEMULSIFICACIÓN** con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su descripción la siguiente:

Nº Lote	Código	Artículo	Cantidad Estimada 24 meses
1	006545	Sonda de láser endocular	240
2	014694	Sonda vitrectomía guillotina axial para vitrectomía posterior	48
3	002437	Vitreotomo anterior	84
4	007667	Cánula irrigación cámara anterior acodada 25G, estéril	2.888
5	020494	Cánula inyección oftálmica Barraquer 23G	104
6	026557	Cánula lagrimal recta adulto y pediátrica 0,5mm diámetro	3.240
7	002533	Aguja facoemulsificación 30º sin cavitación 20G	200
8	036480	Equipo facoemulsificación básico casete doble camara	450
9	008515	Colorante para tinción capsular	260
10	011099	Equipo vitrectomía accesorios fragmentación	48
11	026499	Equipo de tubos para intercambio fluido y gas en vitrectomía	624
12	033739	Pinza rotatoria punta fina vitrectomía desechable	96
13	033805	Tijera desechable corte vertical rotatoria para vitrectomía	48
14	036037	Pinza rotatoria punta trocar multiuso 25G vitrectomía desechable	168
15	036481	Equipo completo vitrectomía con sonda guillotina vertical 25G	480

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio unitario adjudicado.

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, mayor número de prestaciones y otras características que puedan ser ventajosas para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la oferta.

1.3 En los sobres 2 y 3 se indicará cualquier otra documentación complementaria que permita evaluar el apartado 13 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1.4 Se deberán adjuntar fichas técnicas y de seguridad de todos los artículos ofertados

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SANITARIO.

2.1. Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y mercado CE .Respecto del etiquetado, deberán cumplir el RD 414/96.

2.2. Todos los artículos ofertados deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje, envasado y concentración y presentar los certificados CEE y normas aplicables.

2.3. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producto.

3.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los documentos a incluir en los todos los sobres (1,2,3,4) en castellano o acompañarlos con una traducción en castellano.

4.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

El suministro se efectuará en el Almacén General ubicado en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sito en la calle seminario nº 4, en el horario establecido por el C.H.U.A. en los plazos señalados en la programación, pudiendo variar en función de las necesidades del centro.

Si alguno de los licitadores exigiera un importe mínimo por pedido deberá hacerlo constar expresamente en su oferta , esta circunstancia podrá ser tenida en cuenta por la Mesa de Contratación o el por el Órgano de Contratación en el momento de realizar la propuesta de adjudicación o la adjudicación respectivamente.

El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberán comunicarlo al Complejo Hospitalario de Albacete e indicarnos el modo en que van a continuar seguir prestando el servicio.

El adjudicatario deberá responder ante una urgencia en un plazo máximo de 72 horas.

- 5.- Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las características solicitadas en las fichas del producto, se podrán incorporar en el mismo proceso de contratación siempre que conlleven un interés de uso o utilización, que será valorado por un Comité Técnico designado por el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Albacete, a 1 de octubre 2009.

**RESPONSABLE SERVICIO
OFTALMOLOGÍA**

EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A.

Fdo.:Mercedes Mendez Llatas

Fdo. Jesús Martino Sánchez Mtnez.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CÓDIGO 006545 SONDA DE LASER ENDOCULAR:

SONDA DE LASER ENDOCULAR, ACCESORIO ESTERIL PARA LA CIRUGIA DE VITREO, CON PUNTA DE ROMA ATRAUMATICA PARA FACILITAR LA INTRODUCCION POR LA INCISION. APLICACIONES: CIRUGIA DE VITREO Y APLICACION DE LASER ENDOCULAR.

CÓDIGO 014694 SONDA VITRECTOMIA GUILLOTINA AXIAL PARA VITRECTOMIA POSTERIOR

SONDA VITRECTOMIA CON SISTEMA DE CORTE RADIAL/NEUMATICO DE ALTA FRECUENCIA Y MANGO ERGONOMICO. APLICACIONES: PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA VITRECTOMIA POSTERIOR.

CÓDIGO 002437 VITREOTOMO ANTERIOR

CANULA O SONDA VITREOTOMO CON ORIFICIO DE ASPIRACION FIJO. PARA ACOPLAR A UN EQUIPO DE VITRECTOMIA. APLICACIONES: VITRECTOMIA ANTERIOR.

CÓDIGO 007667 CÁNULA IRRIGACIÓN CÁMARA ANTERIOR ACODADA 25G, ESTÉRIL

CANULA DE IRRIGACION PARA CAMARA ANTERIOR CON BOLSA CAPSULAR Y PUNTA ACODADA. APLICACIONES: EN CIRUGIA DEL SEGMENTO ANTERIOR PARA MANTENER O FORMAR LA CAMARA ANTERIOR E IRRIGAR LA CORNEA DURANTE LA INTERVENCION. PUEDEN SER UTILIZADAS PARA INYECTAR AIRE, FLUIDOS, VISCOELASTICOS Y MIOTICOS.

CÓDIGO 020494 CÁNULA INYECCIÓN OFTÁLMICA BARRAQUER 23G

CANULA ACODADA, SIN ORIFICIOS LATERALES Y PUNTA CILINDRICA, GENERALMENTE CON POLVO DE DIAMANTE. APLICACIONES: INYECCION DE ALFA QUIMOTRIPSINA.

CÓDIGO 026557 CÁNULA LAGRIMAL RECTA ADULTO Y PEDIÁTRICA 0,5MM DIÁMETRO

CANULA LAGRIMAL CON PUNTA SUAVE QUE PERMITE LA IRRIGACION ATRAUMATICA O EL SONDAJE DEL CONDUCTO LAGRIMAL. APLICACIONES: TRATAMIENTO DE TRAUMA VIA LAGRIMAL, EPIFORA Y PTOSIS.

CÓDIGO 002533 AGUJA FACOEMULSIFICACIÓN

AGUJA DE TITANIO, HUECA, PARA FACOEMULSIFICACION QUE ELIMINA LA FORMACION DE BURBUJAS PRODUCIDAS POR LA CAVITACION, MANTENIENDO UNA MAXIMA EFICACIA DE EMULSIFICACION DURANTE LA CIRUGIA. ESTERIL. APLICACIONES: PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA POR TECNICA DE FACOEMULSIFICACION.

CÓDIGO 036480 EQUIPO FACOEMULSIFICACIÓN BASICO CASSETE DOBLE CAMARA

EQUIPO PARA FACOEMULSIFICACION COMPUESTO GENERALMENTE POR UN CASSETE DE DOBLE CAMARA, EQUIPO DE TUBOS DE IRRIGACION ASPIRACION

Y UNA BOLSA DE DRENAJE, PUEDE INCLUIR OTROS ACCESORIOS. ESTERIL.
APLICACIONES: PARA TECNICAS DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA.

CÓDIGO 008515 COLORANTE PARA TINCIÓN CAPSULAR

COLORANTE PARA TINCIÓN CAPSULAR. APLICACIONES: EN CIRUGIA DE CATARATAS.

CÓDIGO 011099 EQUIPO VITRECTOMÍA ACCESORIOS FRAGMENTACIÓN

EQUIPO PARA VITRECTOMIA COMPUESTO POR DIVERSOS ACCESORIOS COMO LINEA DE CONEXION A PIEZA DE MANO Y LLAVE, ENTRE OTROS. ESTERIL.
APLICACIONES: PARA TECNICAS DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CÓDIGO 026499 EQUIPO DE TUBOS PARA INTERCAMBIO FLUIDO Y GAS EN VITRECTOMÍA

EQUIPO DE TUBOS PARA INTERCAMBIO DE FLUIDO Y GAS. APLICACIONES: CIRUGIA OFTALMOLOGICA, ESPECIALMENTE DURANTE LA VITRECTOMIA

CÓDIGO 033739 PINZA ROTATORIA PUNTA FINA VITRECTOMÍA DESECHABLE

PINZA CON TERMINALES FINAS; CON MANGO ERGONOMICO, CON CONEXION PARA PODER ACOPLAR INSTRUMENTAL Y MECANISMO DE ACTIVACION DE 360° PARA MANTENER UNA BUENA ROTACION INTRAOCULAR DURANTE LA CIRUGIA. ESTERIL. APLICACIONES: PARA TECNICAS DE CIRUGIA OFTALMICA, VITRECTOMIA.

CÓDIGO 033805 TIJERA DESECHABLE CORTE VERTICAL ROTATORIA PARA VITRECTOMÍA

TIJERA CON EXTREMO PROXIMAL METALICO, DE CORTE VERTICAL; PARA USAR CON UN MANGO ERGONOMICO, CON CONEXION PARA PODER ACOPLAR INSTRUMENTAL Y MECANISMO DE ACTIVACION DE 360° PARA MANTENER UNA BUENA ROTACION INTRAOCULAR DURANTE LA CIRUGIA. ESTERIL. APLICACIONES: PARA TECNICAS DE CIRUGIA OFTALMICA, VITRECTOMIA.

CÓDIGO 036037 PINZA ROTATORIA PUNTA TROCAR MULTIUSO 25G VITRECTOMÍA DESECHABLE

PINZA CON TERMINALES FINAS; CON MANGO ERGONOMICO, CON CONEXION PARA PODER ACOPLAR INSTRUMENTAL Y MECANISMO DE ACTIVACION DE 360° PARA MANTENER UNA BUENA ROTACION INTRAOCULAR DURANTE LA CIRUGIA. ESTERIL. APLICACIONES: PARA TECNICAS DE CIRUGIA OFTALMICA, VITRECTOMIA.

CÓDIGO 036481 EQUIPO COMPLETO VITRECTOMÍA CON SONDA GUILLOTINA VERTICAL 25G

EQUIPO PARA VITRECTOMIA COMPUESTO POR DIVERSOS ACCESORIOS COMO LINEAS Y EQUIPOS DE IRRIGACION, JERINGAS, PIEZAS DE MANO, BOLSAS Y SONDA PARA VITRECTOMIA. ESTERIL. APLICACIONES: PARA TECNICAS DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA.

