

**PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE POTENCIA DE 120W
PARA UROLOGIA**

EXPEDIENTE N° 2010-0-3

1.- CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

1.1. El presente pliego tiene por objeto el **arrendamiento de generador de potencia de 120W para urología** con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su descripción la siguiente:

Nº Lote	Código	Artículo	Cantidad Estimada 48 meses
1	LO1049	Generador de potencia de 120 W para urología	1

- El tiempo de respuesta del Servicio Técnico ha de ser como máximo de 24 horas.
- La disponibilidad del equipo será como mínimo del 95%.

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, mayor número de prestaciones y otras características que puedan ver ventajas para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la oferta.

1.3 En los sobres 2 y 3 se indicará cualquier otra documentación complementaria que permita evaluar el apartado 13 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas.

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SANITARIO.

2.1. Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y mercado CE (RD 414/96).1591/2009 vigente desde 21 mayo de 2010

2.2. Respecto del etiquetado, deberán cumplir el RD 414/96

- 3.- Las Empresas ofertantes deberán cumplimentar como **ANEXO** una relación de los Hospitales en los que se utilicen los distintos productos que se presentan a esta convocatoria.
- 4.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los documentos a incluir en los todos los sobres (1,2,3,4) en castellano o acompañarlos con una traducción en castellano.

5.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

Las entregas del bien arrendado se efectuarán en el Almacén General ubicado en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sito en la Calle Seminario, 4.

- 6.- La oferta económica se expresará necesariamente en euros, especificando precio unitario por cada modelo y referencia

Albacete, a 17 de Febrero de 2010 .

JEFE Sº UROLOGIA

DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A.

Fdo.: Julio Antonio Virseda Rodríguez

Fdo. Jesús Martino Sánchez Mtnz.

JEFE Sº BIOINGENIERÍA

Fdo: Javier Jiménez García

ANEXO I
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código Lo1049 Generador de potencia 120W para urología

Equipo láser de 120w de potencia con emisión a longitud de onda de 532 nm aproximadamente.

Características técnicas:

- Incremento de potencia de 1 w en 1 w.
- Posibilidad de emisión de la energía en modo continuo o pulsado.
- Material fungible adaptable a distintas técnicas quirúrgicas y especialidades medicas como ORL, ginecología, cirugía general, oftalmología.
- Fibras de disparo lateral de 600um
- Fibras de disparo frontal de 200um.
- Fibras de disparo frontal de 400um.
- Fibras de disparo frontal de 600um.