

**PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN  
DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ROPA DESECHABLE  
ESTÉRIL.**

**EXPEDIENTE Nº 2011-0-12.**

**1.- CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.**

1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de Adquisición de ropa desechable estéril con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su descripción la siguiente: (Anexo D)

<b>Nº Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad Estimada 48 meses</b>
1	002630	EQUIPO DE ROPA PARA ANGIOGRAFIA FEMORAL	1.300
2	011034	EQUIPO DE ROPA PARA ARTROSCOPIA HOMBRO	400
3	030230	EQUIPO DE ROPA PARA ANGIOGRAFIA RADIAL	7.000
4	040210	EQUIPO ROPA CIRUGIA MARCAPASOS	1.500

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 202 y 272 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, sin posibilidad de modificar el precio unitario adjudicado.

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, mayor número de prestaciones y otras características que puedan ser ventajosas para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la oferta.

1.3 En el sobre 2 se indicará cualquier otra documentación complementaria que permita evaluar el apartado 13 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas.

**1.4 Se deberán adjuntar fichas técnicas de todos los artículos ofertados**

## **2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SANITARIO.**

- 2.1. Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y mercado CE **R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE núm.268, de 6 de noviembre).**
- 2.2. Se indicará en forma visible su contenido así como las especificaciones técnicas de posición, conservación apilado y manipulación en almacén. Etiquetado en castellano.
- 2.3. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser de  $\frac{3}{4}$  de la vida útil del producto.

- 3.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los documentos a incluir en los todos los sobres (1,2,4) en castellano o acompañarlos con una traducción en castellano.

## **4.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA**

El suministro se efectuará en el Almacén General ubicado en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sito en la calle seminario nº 4, en el horario establecido por el C.H.U.A. y en los plazos señalados en la programación, pudiendo variar en función de las necesidades del centro.

Si alguno de los licitadores exigiera un importe mínimo por pedido deberá hacerlo constar expresamente en su oferta.

El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberán comunicarlo al Complejo Hospitalario de Albacete e indicarnos el modo en que van a continuar seguir prestando el servicio.

El adjudicatario deberá responder ante una urgencia en un plazo máximo de 72 horas.

Albacete, a 23 de Febrero de 2011

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES

Aprobado por el  
EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A

**Fdo.: Ricardo Jiménez Garrido**

**Fdo.: Jesús Martino Sánchez Martínez**



**COMPLEJO HOSPITALARIO  
UNIVERSITARIO DE ALBACETE**

**AREA DE SUMINISTROS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ARTÍCULO**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
002630	EQUIPO DE ROPA PARA ANGIOGRAFIA FEMORAL

<b>Descripción Técnica</b>
EQUIPO FORMADO DE TEJIDO SIN TEJER ABSORBENTE, CAPA DE POLIETILENO IMPERMEABLE, CAPA INTERNA DE CELULOSA. COMPUESTO POR: 1 PAÑO ABSORBENTE DE 34X50 CM. 1 CUBREMESAS DE 150X190CM CON PARTE ABSORBIBLE DE 75X190CM. 1 PAÑO PARA ANGIOGRAFIA DE 240X370CM. 1 FUNDA PARA INTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE 140CM (CIRCULAR). 1 PAÑO ADHESIVO DE 50X50CM. INDICACIONES: PROCESOS DE ANGIOGRAFIA POR VIA FEMORAL EN RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. LAS MEDIDAS DE LOS PAÑOS QUE COMPONEN EL EQUIPO SON APROXIMADAS.

<b>Características</b>
ESTERIL RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA. RESISTENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS. RESISTENTE A LA ROTURA NO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS FECHA DE ESTERILIZACION Y CADUCIDAD VISIBLE. PESTAÑAS DE APERTURA EN EL ENVOLTORIO. LIBRE DE LATEX.

<b>Presentación</b>
PACK INDIVIDUAL.

---



**COMPLEJO HOSPITALARIO  
UNIVERSITARIO DE ALBACETE**

**AREA DE SUMINISTROS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ARTÍCULO**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
011034	EQUIPO DE ROPA PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO

**Descripción Técnica**  
EQUIPO FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ABSORBENTE, CAPA DE POLIETILENO IMPERMEABLE Y CAPA INTERNA DE CELULOSA. COMPUESTO POR: 1 SABANA EN "U" DE 230X295 CM Y UNA APERTURA DE 10X70CM. 1 SABANA DE HOMBRO EN "U" CON BOLSA DE 240X170CM Y APERTURA DE 15X45CM. INDICACIONES: INTERVENCIONES QUIRÚGICAS DE HOMBRO ( ARTROSCOPIA). LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS.

**Características**  
ESTERIL  
RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA.  
RESISTENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS.  
RESISTENTE A LA ROTURA.  
NO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS.  
FECHA DE ESTERILIZACION Y CADUCIDAD VISIBLE.  
PESTAÑAS DE APERTURA EN EL ENVOLTORIO.  
LIBRE DE LATEX

**Presentación**  
PACK INDIVIDUAL

---



**COMPLEJO HOSPITALARIO  
UNIVERSITARIO DE ALBACETE**

**AREA DE SUMINISTROS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ARTÍCULO**


<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
040210	EQUIPO DE ROPA CIRUGIA MARCAPASOS

<b>Descripción Técnica</b>
EQUIPO FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ABSORBENTE, CAPA DE POLIETILENO IMPERMEABLE Y CAPA INTERNA DE CELULOSA . COMPUESTO POR: 4 TOALLAS SECAMANOS; 1 SABANA FENESTRADA DE 200X280CM APERTURA DE 15 CM; 1 CUBREMONITOR DE 90X75CM; 2 BATAS QUIRURGICAS L-L; 1 CUBREMESAS DE 150X190CM. INDICACIONES: INTERVENCIONES EN LA UNIDAD DE MARCAPASOS. LAS MEDIDAS DE LOS PAÑOS SON APROXIMADAS.

<b>Características</b>
ESTERIL. RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA. RESISTENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS. RESISTENTE A LA ROTURA. NO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS. FECHA DE ESTERILIZACION Y CADUCIDAD VISISBLE. PESTAÑAS DE APERTURA EN EL ENVOLTORIO. LIBRE DE LATEX.

<b>Presentación</b>
PACK INDIVIDUAL.

---



**COMPLEJO HOSPITALARIO  
UNIVERSITARIO DE ALBACETE**

**AREA DE SUMINISTROS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ARTÍCULO**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
030230	EQUIPO DE ROPA PARA ANGIOGRAFIA RADIAL.

<b>Descripción Técnica</b>
EQUIPO FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ABSORBENTE , CAPA DE POLIETILENO IMPERMEABLE Y CAPA INTERNA DE CELULOSA. COMPUESTO POR: 1 CUBREMESA INSTRUMENTAL DE 150X200CM. 4 TOALLAS DE CELULOSA DE 30X40C. 2 BATAS QUIRURGICAS "SMS" ESTANDAR "XL". 1 PAÑO QUIRURGICO CON ADHESIVO DE 50X50CM. 1 PAÑO QUIRUGICO CON ADHESIVO DE 75X75CM. 1 PROTECTOR INTENSIFICADOR RECTANGULAR 90X80CM. 2 PROTECTORES INTENSIFICADOR REDONDO DE 90X50CM. 1 CAMPO ANGIOGRAFIA RADIAL DE 230 X350CM. CON APERTURAS QUIRURGICAS E INDICACION IZQUIERDA-DERECHA, CON ARO AUTOADHESIVO, 2 BATEAS DE 250 Y 500ML DE MATERIAL PLASTICO. APLICACIONES:: INTERVENCIONES ANGIOGRAFICAS EN LA UNIDAD DE HEMODINAMICA. LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS.

<b>Características</b>
ESTERIL RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA. RESISTENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS. RESISTENTE A LA ROTURA.Ç NO DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS. FECHA DE ESTERILIZACION Y CADUCIDAD VISIBLES. PESTAÑAS DE APERTURA EN EL ENVOLTORIO. LIBRE DE LATEX.

<b>Presentación</b>
PACK INDIVIDUAL