

**PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE GASAS Y COMPRESAS DE ALGODÓN Y DE TEJIDO NO
TEJIDO**

EXPEDIENTE Nº 2011-0-33

1.- CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

- 1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de GASAS Y COMPRESAS DE ALGODÓN Y DE TEJIDO NO TEJIDO con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su descripción la siguiente:
(ANEXO I)

Nº Lote	Código	Artículo	Cantidad Estimada/ 12 meses
1	000891	ALGODON HIDROFILO 100% EN ROLLO 1000G	6.500
2	000814	VENDA YESO ESTANDAR 15CM X 2,7M	14.500
3	038430	GASA CELULOSA PLEGADA 4 CAPAS 7,5 X 7,5 S/5 ESTERIL	925.000
4	045787	COMPRESA CELULOSA PLEGADA 8 CAPAS 40 X 40 50G S/1 ESTERIL	370.000
5	017684	GASA RECTILINEA CONTROL RX PLEGADA SEGURIDAD 8 CAPAS 25 X 40 (10 X 10) 17 18 HILOS S/10 ESTERIL	60.000
6	038426	COMPRESA RECTILINEA CONTROL RX COSIDA O REMALLADA 4 TELAS 45 X 45 O 50 X 50 17 18 HILOS S/5 ESTERIL	40.000

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 202 y 272 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, sin posibilidad de modificar el precio unitario adjudicado.

1.2 En los sobres 2 y 3 se indicará cualquier otra documentación complementaria que permita evaluar el apartado 13 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1.3 Se deberán adjuntar fichas técnicas de todos los artículos ofertados

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SANITARIO.

2.1. Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y marcado CE R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE núm.268, de 6 de noviembre).

2.2. Se indicará en forma visible su contenido así como las especificaciones técnicas de posición, conservación apilado y manipulación en almacén. Etiquetado en castellano. En el envase figurará el número de unidades de determinación, fraccionable por unidades sin mermas ni perjuicios

2.3. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producto.

3.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los documentos a incluir en los todos los sobres (1,2,3,4) en castellano o acompañarlos con una traducción en castellano.

4.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

El suministro se efectuará en el Almacén General ubicado en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sito en la calle seminario nº 4, en el horario establecido por el C.H.U.A. y en los plazos señalados en la programación, pudiendo variar en función de las necesidades del centro.

Si alguno de los licitadores exigiera un importe mínimo por pedido deberá hacerlo constar expresamente en su oferta.

El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberán comunicarlo al Complejo Hospitalario de Albacete e indicarnos el modo en que van a continuar seguir prestando el servicio.

El adjudicatario deberá responder ante una urgencia en un plazo máximo de 72 horas.



Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Telef. 967 597 100



6. FORMACION

Será de carácter obligatorio la realización de la formación del personal sanitario en los productos
El objetivo de esta formación es la correcta utilización degarantizando la efectividad y la eficiencia .

Albacete, a 2 de Junio de 2011

SUPERVISOR DE RRMM.

Fdo.: Ricardo Jiménez Garrido.

Aprobado por el

EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A

Fdo. Jesús Martino Sánchez Mtnz

Albacete, a 2 de Junio de 2011

ANEXO I

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código: 000891 ALGODON HIDROFILO 100% EN ROLLO 1000G

ALGODON ABSORBENTE, LIMPIO, SECO, CARDADO SIN RESIDUOS VEGETALES EXTRAÑOS, DECOLORADO Y DESENGRASADO. INODORO E INSIPIDO. ENROLLADO EN FORMA DE MANTA CON PAPEL INTERPUESTO. INDICACIONES: PARA ALMOHADILLADO PREVIA COLOCACION DE VENDAJES, YESOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PIEL INTREGA, ETC.

Código: 000814 VENDA YESO ESTANDAR 15CM X 2,7M

VENDA DE GASA DE ALGODON 100%, IMPREGNADA EN YESO, FIJO, NO TOXICO, ELEVADA RESISTENCIA Y ESCASA PERDIDA DE YESO. EL YESO ES DE FRAGUADO RAPIDO. APLICACIONES: DE USO COMUN EN LA REALIZACION DE VENDAJES DE INMOVILIZACIONES.

Código: 038430 GASA CELULOSA PLEGADA 4 CAPAS 7,5x7,5 S/5 ESTERIL

COMPRESA PLEGADA DE GASA DE TEJIDO NO TEJIDO, CONFECCIONADO A PARTIR DE VISCOSA(67%-70%) Y POLIESTER (33%-30%). EXENTA DE RESINAS LIGANTES EN SU ESTRUCTURA. PESO MINIMO 30GRS/M². ESTERIL. APLICACIONES: PARA CURAS DE HERIDAS EN GENERAL.

Código: 045787 COMPRESA CELULOSA PLEGADA 8 CAPAS 40 X 40 50G S/1 ESTERIL

COMPRESA PLEGADA DE GASA DE TEJIDO NO TEJIDO, CONFECCIONADO A PARTIR DE VISCOSA(67%-70%) Y POLIESTER (33%-30%). EXENTA DE RESINAS LIGANTES EN SU ESTRUCTURA. PESO MINIMO 50GRS/M². ESTERIL. APLICACIONES: PARA CURAS DE HERIDAS EN GENERAL.

Código: 017684 GASA RECTILINEA CONTROL RX PLEGADA SEGURIDAD 8 CAPAS 25 X 40 (10 X 10) 17 18 HILOS S/10 ESTERIL

GASA RECTILINEA EN ALGODON 100% HIDROFILO, GRAMAJE IGUAL O SUPERIOR A 23GRS /M², DENSIDAD POR DM² EN URDIMBRE 100 +/-5 Y EN



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE

Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Telef. 967 597 100



TRAMA 70+/-4. CENIZAS SULFURICAS INFERIOR O IGUAL A 0,4%. CARGA MINIMA DE RUPTURA NW/5CM EN URDIMBRE MAYOR O IGUAL A 50 Y EN TRAMA MAYOR O IGUAL A 30. HILO DE CONTRASTE RADIOLOGICO SIN LATEX. ESTERIL. APLICACIONES: PARA SEPARAR O PROTEGER ESTRUCTURAS, ABSORBER LIQUIDOS, TAPONAR Y CURAS EN GENERAL EN EL AMBITO QUIRURGICO.

Código: 038426 COMPRESA RECTILINEA CONTROL RX COSIDA O REMALLADA 4 TELAS 45 X 45 O 50 X 50 17 18 HILOS S/5 ESTERIL

GASA RECTILINEA EN ALGODON 100% HIDROFILO, GRAMAJE IGUAL O SUPERIOR A 23GRS /M², DENSIDAD POR DM² EN URDIMBRE 100 +/-5 Y EN TRAMA 70+/-4. CENIZAS SULFURICAS INFERIOR O IGUAL A 0,4%. CARGA MINIMA DE RUPTURA NW/5CM EN URDIMBRE MAYOR O IGUAL A 50 Y EN TRAMA MAYOR O IGUAL A 30. COSIDA O REMALLADA. HILO DE CONTRASTE RADIOLOGICO SIN LATEX. ESTERIL. APLICACIONES: PARA SEPARAR O PROTEGER ESTRUCTURAS, ABSORBER LIQUIDOS, TAPONAR Y CURAS EN GENERAL EN EL AMBITO QUIRURGICO.