



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE

Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Teléf. 967 597 100



PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PINZAS Y ELECTRODOS PARA SELLADO DE VASOS SANGUINEOS

EXPEDIENTE Nº 6103AB13SUM001; 2013-0-5

1. CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de **PINZAS Y ELECTRODOS PARA SELLADO DE VASOS SANGUINEOS** con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su descripción la siguiente:

| Nº Lote | Código | Artículo | Cantidad Estimada/ 12 meses |
|---------|--------|--|--------------------------------|
| 1 | 011369 | ELECTRODO CON CABLE PARA COAGULACION BIPOLAR 23CM | 12 |
| 2 | 013000 | PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 16 16,5CM, UN SOLO USO | 78 |
| 3 | 015659 | PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 10MM 20CM, UN SOLO USO | 114 |
| 4 | 034323 | PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 18CM, UN SOLO USO | 66 |
| 5 | 045841 | PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 5MM 20CM | 36 |

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del Complejo Hospitalario de Albacete.

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, y según lo establecido en el apartado 6 del Cuadro del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se introduzcan variantes de la oferta principal que complementen o mejoren los



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE



Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Teléf. 967 597 100

bienes ofertados en ellas, siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, mayor número de prestaciones y otras características que puedan ver ventajosas para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la oferta.

En cualquier caso, la documentación técnica contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta del licitador, con la realización del suministro objeto de licitación, incluyendo, catálogos, informes de productos y cualquier otra información que el licitador estime oportuna para hacer más comprensiva su oferta, así como los correspondientes **Anexos de ofertas técnicas**

El licitador utilizará en la documentación presentada en este sobre la misma denominación y el mismo orden reseñado en la oferta económica, es decir, *OF* para la oferta base o principal y *V* para las variantes numerándolas de forma consecutiva (por ejemplo: *V1, V2, ...*).

- 1.3. En el caso de que se exijan en el apartado 6 del Cuadro de Características, la entrega de muestras, éstas se presentarán tal y como vayan a suministrarse al SESCAM, perfectamente identificadas con el nombre de la empresa licitadora y el número de orden a que corresponden, y en la cantidad que se fije en el referido apartado 14 del Cuadro de Características, indicando a su vez la denominación que conforme a lo indicado en las cláusulas anteriores, es decir: *OF, V1, V2, ...*

A todos los efectos, las muestras forman parte del contenido de la proposición.

- 1.4. Todos los lotes se utilizarán en 4 equipos de la firma comercial Covidien Spain, S.L., propiedad del centro que son los siguientes:

- Sistema de sellado de vasos sanguíneos LIGASURE 8 (LIH2936V)
- Sistema de sellado de vasos sanguíneos LIGASURE (L3E5356V)
- Sistema de sellado de vasos sanguíneos FORCETRIAD (2 unidades)

- 1.5. En los sobres 2 y 3 se indicará cualquier otra documentación complementaria que permita evaluar las ofertas tal y como se establece en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

- 1.6. Se deberán adjuntar fichas técnicas de todos los artículos ofertados



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE

Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Teléf. 967 597 100



2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SANITARIO.

Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y mercado CE R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE núm.268, de 6 de noviembre).

- 2.1. Se indicará en forma visible su contenido así como las especificaciones técnicas de posición, conservación apilado y manipulación en almacén. Etiquetado en castellano.
- 2.2. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producto.
3. Las empresas ofertantes deberán cumplimentar como ANEXO una relación de los hospitales en los que se utilicen los distintos productos que se presenten a esta convocatoria.

Las empresas suministradoras deberán indicar un teléfono o fax específico de contacto para tener asegurado el suministro o resolver cualquier consulta. (Datos identificativos de la Empresa)

4. Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los documentos a incluir en todos los sobres en castellano o acompañarlos con una traducción en castellano.

5. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

El suministro se efectuará en el Almacén General ubicado en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sito en la calle seminario nº 4, en el horario establecido por el C.H.U.A. y en los plazos señalados en la programación, pudiendo variar en función de las necesidades del centro.

El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberán



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE



Hnos. Falcó, 37 · 02006 ALBACETE · Teléf. 967 597 100

comunicarlo al Complejo Hospitalario de Albacete e indicarnos el modo en que van a continuar seguir prestando el servicio.

El adjudicatario deberá responder ante una urgencia en un plazo máximo de 72 horas.

6. DOCENCIA

Será de carácter obligatorio la realización de la formación del personal sanitario en los productos adjudicados.

Los profesionales como mínimo deberán conocer:

- Composición
- Indicaciones
- Contraindicaciones
- Normas para la correcta utilización.

La formación se diseñará y coordinará necesariamente con la Unidad de Docencia Formación del C.H.U.A.

El Plan de Formación habrá de asegurar el acceso a cualquier Profesional contabilizándose, al menos 9 jornadas formativas al año.

Albacete, a 25 de Febrero de 2013.

SUBDIRECTOR MÉDICO.

Fdo.: Gonzalo García Álvarez

De acuerdo a lo establecido en el art. 116 del TRLCSP
se aprueba por
EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A

Fdo.: José Luis de Sancho Martín



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE

Hnos. Falcó, 37 • 02006 ALBACETE • Teléf. 967 597 100



DESCRIPCION TECNICA

Código: 011369 ELECTRODO CON CABLE PARA COAGULACION BIPOLAR 23CM
ELECTRODO CON CABLE PARA COAGULACION BIPOLAR.
APLICACIONES: PARA UTILIZAR CON SISTEMA DE COAGULACION DE VASOS SANGUINEOS EN INTERVENCIONES DE CIRUGIA ABIERTA.

Código: 013000 PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 18,5CM
PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS EN CIRUGÍA ABIERTA, DISECCION EFICAZ DE LOS DISTINTOS PLANOS DE TEJIDO, PESO LIGERO, ANCHURA DEL SELLADO ESPECIFICA. ESTERIL.
APLICACIONES: PARA HEMOSTASIA EN CIRUGIA ABIERTA.

Código: 015659 PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 10MM 20CM
PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS EN CIRUGIA ABIERTA, DISECCION EFICAZ DE LOS DISTINTOS PLANOS DE TEJIDO, PESO LIGERO, ANCHURA DEL SELLADO 10MM. 359 GRADOS DE ROTACION, ESTERIL.
APLICACIONES: PARA HEMOSTASIA EN CIRUGIA ABIERTA.

Código: 034323 PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 18 CM
PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS EN CIRUGÍA ABIERTA, DISECCION EFICAZ DE LOS DISTINTOS PLANOS DE TEJIDO, PESO LIGERO, ANCHURA DEL SELLADO ESPECIFICA. ESTERIL.
APLICACIONES: PARA HEMOSTASIA EN CIRUGIA ABIERTA.

Código: 045841 PINZA BIPOLAR CABLE INCORPORADO CIRUGIA ABIERTA 5MM 20CM
PINZA BIPOLAR DE SELLADO DE VASOS EN CIRUGIA ABIERTA, DISECCION EFICAZ DE LOS DISTINTOS PLANOS DE TEJIDO, PESO LIGERO, ANCHURA DEL SELLADO 5MM. 159 GRADOS DE ROTACION ESTERIL.
APLICACIONES: PARA HEMOSTASIA EN CIRUGIA ABIERTA.