

**PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE SISTEMA DE ARTRODESIS LUMBAR POR VÍA
POSTERIOR.**

EXPEDIENTE Nº 2009-0-45

1.- CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

1.1.El presente pliego tiene por objeto la adquisición de SISTEMA DE ARTRODESIS LUMBAR POR VÍA POSTERIOR con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su descripción la siguiente:

| Nº Lote | Código | Artículo | Cantidad Estimada 24 meses |
|----------------|---------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 034370 | TORNILLO PEDICULAR TITANIO MULTIAXIAL 6,5 X 45MM Y OTRAS MEDIDAS | 1.800 |
| 2 | 032339 | TORNILLO PEDICULAR TITANIO 6,5 X 45MM Y OTRAS MEDIDAS | 100 |
| 3 | 013362 | BARRA DE COLUMNA | 1.000 |
| 4 | 013361 | TUERCA INTERNA PARA IMPLANTE DE COLUMNA | 1.900 |
| 5 | 036959 | DISPOSITIVO TITANIO DE UNION TRANSVERSO MEDIANO | 70 |
| 6 | 036958 | DISPOSITIVO TITANIO DE UNION TRANSVERSO GRANDE | 10 |
| 7 | 043796 | ESPACIADOR INTERSOMATICO LUMBAR BILATERAL POR VIA POSTERIOR | 352 |
| 8 | 043797 | ESPACIADOR INTERSOMATICO LUMBAR UNILATERAL POR VIA POSTERIOR | 88 |

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 202 y 272 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, sin posibilidad de modificar el precio unitario adjudicado.

1.2 En los sobres 2 y 3 se indicará cualquier otra documentación complementaria que permita evaluar el apartado 13 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas.

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SANITARIO.

2.1. Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y mercado CE (RD 414/96), deberán cumplir el RD 634/1993 de 3 de Mayo..

3.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los documentos a incluir en los todos los sobres (1,2,3,4) en castellano o acompañarlos con una traducción en castellano.

4.- MATERIAL EN DEPOSITO. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE SUMINISTRO.

El adjudicatario deberá depositar el material adjudicado en la cantidad suficiente para un desarrollo optimo de la actividad asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, esta cantidad se determinará junto con el Servicio de Neurocirugía y Traumatología.

El material depositado deberá venir acompañado de su correspondiente albarán valorado uno por cada artículo, figurando la referencia, cantidad, número de lote, número de serie ,y fecha de caducidad.

Las cantidades depositadas deberán estar siempre actualizadas por el adjudicatarios respecto a su caducidad.

El material necesario y especifico para el implante de la fijación lumbar será suministrado y mantenido en uso por el adjudicatario, sin que ello suponga un gasto adicional al hospital.

Ante la comunicación del material implantado, su reposición no podrá demorarse más de 48 horas. Dicha reposición irá acompañada del correspondiente albarán valorado, dónde figurará el número de pedido que repone y que figura en la petición, la referencia y las iniciales del paciente a quien corresponde la reposición así como el número de serie y de lote y la fecha de caducidad.

El plazo de entrega de los productos demandados será en los pedidos ordinarios de 48 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados en 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

Las facturas comprenderán el material implantado debiendo indicar en las mismas el número de pedido y los números de albaranes a los que corresponde.

A la finalización del contrato, los depósitos no consumidos serán retirados por el adjudicatario sin coste alguno para el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

6. FORMACION

Será de carácter obligatorio la realización de la formación del personal sanitario en los productos objeto del presente contrato.

El objetivo de esta formación es la correcta utilización del material garantizando la efectividad y la eficiencia .

Albacete, a 9 de Noviembre de 2009

JEFE Sº NEUROCIRUGIA

EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A.

Fdo.: Dr. Calatayud Pérez

Fdo. Jesús Martino Sánchez Mtnez.

F.E.A TRAUMATOLOGÍA UNIDAD RAQUIS

Fdo. José Ramírez Villaescusa

ANEXO I

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CODIGO 034370 TORNILLO PEDICULAR TITANIO MULTIAXIAL

TORNILLO PEDICULAR DE TITANIO DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA EL FIJADOR VERTEBRAL AL CUAL SE LE ADAPTA UN ACOPLER MULTIDIRECCIONAL QUE PROPORCIONA UN AJUSTE DEL TORNILLO SOBRE LA BARRA EN TODOS LOS PLANOS, SAGITAL, TRANSVERSAL Y CORONAL. CON ELLO SE MINIMIZA LA NECESIDAD DE CONTORNEAR LA BARRA PARA SUPERAR OBSTACULOS ANATOMICOS. DISEÑADO PARA PROPORCIONAR SOPORTE MECANICO Y ESTABILIDAD A LA COLUMNA DORSOLUMBAR Y LUMBO SACRA. APLICACIONES: PARA ESCOLIOSIS IDIOPATICA TORACOLUMBAR Y LUMBAR, ESCOLIOSIS PARALITICA, DEFORMIDADES CIFOTICAS DEL RAQUIS, DEFORMIDADES LORDOTICAS DEL RAQUIS, ESPONDILILISTESIS DE GRADOS 3 Y 4, FRACTURA O LUXACION VERTEBRAL Y TUMORES.

CODIGO 032339 TORNILLO PEDICULAR TITANIO 6,5 X 45MM

TORNILLO DE TITANIO DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA EL FIJADOR VERTEBRAL AL CUAL SE LE ADAPTA UN ACOPLER MULTIDIRECCIONAL QUE PROPORCIONA UN AJUSTE DEL TORNILLO SOBRE LA BARRA EN TODOS LOS PLANOS, SAGITAL, TRANSVERSAL Y CORONAL. CON ELLO SE MINIMIZA LA NECESIDAD DE CONTORNEAR LA BARRA PARA SUPERAR OBSTACULOS ANATOMICOS. DISEÑADO PARA PROPORCIONAR SOPORTE MECANICO Y ESTABILIDAD A LA COLUMNA DORSOLUMBAR Y LUMBO SACRA. APLICACIONES: ESCOLIOSIS IDIOPATICA TORACOLUMBAR Y LUMBAR, ESCOLIOSIS PARALITICA, DEFORMIDADES CIFOTICAS DEL RAQUIS, DEFORMIDADES LORDOTICAS DEL RAQUIS, ESPONDILILISTESIS DE GRADOS 3 Y 4, FRACTURA O LUXACION VERTEBRAL.

CODIGO 013362 BARRA DE COLUMNA

CODIGO 013361 TUERCA INTERNA PARA IMPLANTE DE COLUMNA

TUERCA INTERNA PARA IMPLANTE DE COLUMNA

CODIGO DISPOSITIVO TITANIO DE UNION TRANSVERSO MEDIANO Y CODIGO DISPOSITIVO TITANIO DE UNION TRANSVERSO GRANDE

SISTEMA DE CONECTORES TRANSVERSALES QUE PERMITE UNA MAYOR ESTABILIDAD TORSIONAL EN LAS CONSTRUCCIONES DE TORNILLOS, MEJORANDO LA RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO DE LOS MISMOS.

CODIGO 043796 ESPACIADOR INTERSOMATICO LUMBAR BILATERAL POR VIA POSTERIOR

SISTEMA DISEÑADO PARA RESTAURAR LA ALTURA ANATÓMICA DEL ESPACIO INTERSOMÁTICO DE FORMA BILATERAL POR VIA POSTERIOR

CODIGO 043797 ESPACIADOR INTERSOMATICO LUMBAR UNILATERAL POR VIA POSTERIOR

SISTEMA DISEÑADO PARA RESTAURAR LA ALTURA ANATÓMICA DEL ESPACIO INTERSOMÁTICO DE FORMA UNILATERAL POR VÍA POSTERIOR